

询价文件

1、合肥产投康养集团有限公司诚邀报价人就合肥运康骨科医院有限公司空气消毒机采购项目提交密封盖章报价文件。

2、本次询价方式为公开询价采购，各报价人可于2026年4月29日12时起在合肥产投康养集团有限公司官网下载询价采购文件。

3、询价报价截止时间为2026年5月11日10时，请在2026年5月11日10时前将报价文件密封盖章递交至合肥产投康养集团有限公司（合肥市魏武路老年公寓）综合办公楼三楼风控审计部/纪检监察室，超过询价报价截止时间递交的报价文件将被拒绝接收，非快递方式的人工递送，请密封盖章交至风控审计部工作人员处并进行递交登记，未登记的报价文件视为无效。快递方式投递响应文件请在快递外包装等明显位置写明项目名称等能识别文件的字眼；必须要求快递员投递到魏武路老年公寓西门门卫室风控审计部接收报价文件专用快递箱内。否则因未按要求投递造成文件无效的，响应人自行承担相应后果。

接收人：张工 联系电话：0551-66332067

4、若对本次询价采购事宜提出咨询和疑问，请按以下方式联系：合肥产投康养集团有限公司招标采购及安全生产部 联系人：赵工 联系电话：0551-66857205

合肥产投康养集团有限公司

2026年4月29日

合肥运康骨科医院有限公司空气消毒机采购项目询价须知

合肥产投康养集团有限公司诚邀报价人就合肥运康骨科医院有限公司空气消毒机采购项目进行询价采购，具体内容如下：

一、项目概况

为保障合肥运康骨科医院顺利投入运营，切实提升医疗环境安全水平，依据 WS/T 368-2025《医院空气净化管理标准》等相关规定，结合临床诊疗与院感防控实际需求，现需采购医用空气消毒机，以满足院内感染防控防线，保障医疗环境安全达标。

二、报价人资格要求

- 具有独立法人资格及有效的营业执照。
- 如投标人为生产厂商须提供《消毒产品生产企业卫生许可证》；如投标人为经销商/代理商须提供产品生产厂家的《消毒产品生产企业卫生许可证》。
- 投标人不得与本项目的其他投标人存在关联关系、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形。

三、采购需求

序号	品名	单位	数量	参数	最高单价(元/台)	分项小计(元)
1	医用空气消毒机(移动式)	台	8	一、基本性能要求： 1. 甲醛洁净空气量(CADR)：≥1000m ³ /h 2. 颗粒物洁净空气量(CADR)：≥1000m ³ /h 3. 净化能效：≥8.0m ³ /(W·h) 4. 适用面积：≥120 m ²	3940	31520

				<p>5. 额定风量: $\geq 1600\text{m}^3/\text{h}$</p> <p>6. 噪音指标: 睡眠模式 $\leq 35\text{dB (A)}$</p> <p>7. 控制方式: 电子式智能控制</p> <p>8. 机身采用防腐蚀、易清洁材质, 符合医疗环境消毒规范, 便于日常清洁消毒, 避免滋生细菌。</p> <p>二、净化技术要求:</p> <p>1. 采用化学分解 + 物理过滤复合净化技术, 可将甲醛分解为无害物质。</p> <p>2. 具备可水洗可重复清洁使用, 方便后期维护。</p> <p>3. 采用多层过滤分解系统, 实现吸附、分解、锁定一体化净化。</p> <p>4. 支持低耗材 / 长寿命设计, 降低长期使用成本。</p> <p>三、智能与安全要求:</p> <p>1. 配备空气质量实时监测功能, 可显示甲醛、PM2.5 数值。</p> <p>2. 支持 APP 远程控制与智能联动。</p> <p>3. 设备运行臭氧释放量未检出, 无有害辐射。</p> <p>4. 产品安全及环保指标通过国家相关认证, 有消毒产品安全评价报告和备案。</p> <p>5. 机身底部配备移动脚轮。</p> <p>四、质保与服务</p> <p>1. 整机质保: ≥ 1 年</p> <p>2. 售后服务: 质保期内提供免费维修、零配件更换</p> <p>3. 资料要求: 提供产品说明书、合格证、保修卡、3C 认证证书</p>		
3	医用空气消毒机 (壁挂)	台	4	<p>适用体积: 60m^3</p> <p>1. 壁挂式, 外观尺寸: $1000 \times 230 \times 320\text{mm}$。</p> <p>2. 适用体积: $\leq 60\text{m}^3$。</p> <p>3. 循环消毒风量: $\geq 480\text{m}^3/\text{h}$。</p> <p>4. 细菌总量 $\leq 100\text{cfu}/\text{m}^3$</p> <p>5. 消毒时空气中臭氧浓度: $\leq 0.16\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>6. 对空气中自然菌的杀灭率 $\geq 90\%$</p> <p>7. 开机 20min 对空气中白葡萄球菌杀灭率 $\geq 99.9\%$</p> <p>8. 额定电压: $\text{AC } 220\text{V} \pm 22\text{V}$, 消毒功率: $\leq 50\text{W}$, 额定频率: $50\text{Hz} \pm 1\text{Hz}$。</p> <p>9. 机身采用防腐蚀、易清洁材质, 符合医疗环境消毒规范, 便于日常清洁消毒, 避免滋生细菌。</p> <p>10. 有消毒产品安全评价报告和备案</p> <p>11. 整机质保: ≥ 1 年</p> <p>12. 售后服务: 质保期内提供免费维修、零配件更换</p> <p>13. 资料要求: 提供产品说明书、合格证、保修卡</p>	2304	9216
4	医用空	台	8	适用体积: 100m^3	2500	20000

	气消毒机（壁挂）			<ol style="list-style-type: none"> 1. 壁挂式外观尺寸：1000 × 230 × 320mm 2. 适用体积：≤100m³ 3. 循环消毒风量：≥800m³/h 4. 细菌总量≤150cfu/m³ 5. 消毒时空气中臭氧浓度：≤0.16mg/m³ 6. 对空气中自然菌的杀灭率≥90% 7. 对空气中白葡萄球菌杀灭率≥99.9% 8. 额定电压：AC 220V ± 22V，消毒功率：≤60W，额定频率：50Hz ± 1Hz 9. 机身采用防腐蚀、易清洁材质，符合医疗环境消毒规范，便于日常清洁消毒，避免滋生细菌。 10. 有消毒产品安全评价报告和备案 11. 整机质保：≥1年 12. 售后服务：质保期内提供免费维修、零配件更换 13. 资料要求：提供产品说明书、合格证、保修卡 		
5	医用空气消毒机（壁挂）	台	10	<ol style="list-style-type: none"> 适用体积：130m³ 1. 壁挂式外观尺寸：1000 × 230 × 320mm 2. 适用体积：≤130m³ 3. 循环消毒风量：≥1040m³/h 4. 细菌总量≤150cfu/m³ 5. 消毒时空气中臭氧浓度：≤0.16mg/m³ 6. 对空气中自然菌的杀灭率≥90% 7. 对空气中白葡萄球菌杀灭率≥99.9% 8. 额定电压：AC 220V ± 22V，消毒功率：≤70W，额定频率：50Hz ± 1Hz 9. 机身采用防腐蚀、易清洁材质，符合医疗环境消毒规范，便于日常清洁消毒，避免滋生细菌。 10. 有消毒产品安全评价报告和备案 11. 整机质保：≥1年 12. 售后服务：质保期内提供免费维修、零配件更换 13. 资料要求：提供产品说明书、合格证、保修卡 	2680	26800
合计（元）						87536

四、供货安装要求

1. 供货周期：合同签订后接到采购人通知后 15 日历史天内完成所有设备的供货、安装及调试工作，确保设备正常投入使用。

2. 供货范围：包含移动式、壁挂式医用空气消毒机全套设备，以及设备安装、调试、技术培训等相关配套服务。

3. 质量标准：所投设备须全新、原装正品，符合 WS/T 368-2025、WS/T 648-2019、GB 15982-2012 等国家现行标准及规范要求，具备完整有效的《消毒产品卫生安全评价报告》及备案凭证、3C 认证等相关资质文件（材料待中标后合同签订前备查，如不符合要求，采购人有权要求更换符合要求的产品，如成交人不能按询价文件响应及履约，采购人有权取消其中标资格），各项技术参数完全满足采购清单要求。

4. 包装运输：设备采用专业防潮、防碰撞包装，运输过程中做好防护，确保设备完好无损送达指定地点（合肥运康骨科医院内指定安装区域），相关运输、装卸费用由成交供应商承担。

5. 安装分布

序号	安装科室	壁挂式/台	移动式/台
1	一楼门诊急救室	1	/
2	一楼门诊支具室	2	/
3	一楼中医治疗室	2	/
4	二楼康复大厅	6	2
5	二楼物理治疗室	2	/
6	三楼检验科、输血科	4（检验大厅）	2
7	四楼胃肠镜中心	5	/
8	住院部	/	4

总计		22	8
----	--	----	---

6. 安装的其他要求

成交人对安装质量与现场安全负全责，使用单位对场地、用电、验收与后续管理负责，并通过明确电气、结构、辐射、臭氧等安全边界，避免事故追责。

作业人员的资质、人员证件应真实有效，特种作业应持证上岗。电工证、高空作业证（如需）；具备电气安装 / 机电安装资质；紫外线 / 等离子机型需熟悉辐射防护。成交人承担安装过程及因安装质量导致的一切安全事故责任与赔偿。

五、验收要求

1. 安装调试：成交供应商负责免费安排专业人员上门完成设备安装、调试，直至设备正常运行，达到消毒净化标准。

2. 材质要求：机身采用防腐蚀、易清洁材质，符合医疗环境消毒规范，便于日常清洁消毒，避免滋生细菌。

3. 技术培训：对医院相关操作人员、维护人员进行免费专业培训，涵盖设备操作、日常维护、故障排查等内容，确保相关人员熟练掌握使用及维护技能。

六、质保售后要求

1. 质保服务：整机质保期 1 年，质保期自设备验收合格之日起计算；质保期内提供免费上门维修、更换零配件服务，接到故障通知后 2 小时内响应，24 小时内到场解决问题，保障设备正常使用。

2. 售后保障：质保期满后，供应商需提供终身优惠维修服务，定期提供设备巡检、维护技术支持。

七、报价要求

本项目控制价为 87536 元，报价人须按需求清单同时报总价及单价，否则投标无效。报价总价作为定标的依据，单价报价作为据实结算的依据。投标报价总价不得超过控制价，分项单价报价不得超过最高单价。投标报价大于控制价的报价人为无效报价人。无效报价人的投标视为废标。

报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。投标人所报最终投标总价应与各项综合单价乘以数量报价累计之和相符，否则，投标人自行承担由此产生的一切后果和责任。本项目以投标人最终投标总价作为定标依据，但采购人标后复核时如发现投标人最终投标总价与各项单价乘以数量报价累计之和不符的，采购人将按最不利于投标人的方式进行调整，具体方式如下：

(1) 若各项报价累计之和小于最终投标报价，则以单价报价为准，修正报价总价；

(2) 若各项报价累计之和大于最终投标报价，则以投标总价为准调整单价(各单价同比例调整)。

本项目采用有效最低价中标，有效报价人不得低于 3 家，报价最低的报价人作为成交人，若超过 2 家报价人报价相同，则采取抽签或评委会投票方式确定成交候选人。报价包括但不限于货物、安装、配送、调换、售后质保、税费等完成本

项目所需的一切费用，成交后采购人不再另行追加任何费用，报价人应自行考虑报价风险。报价人应对工作现场和周围环境自行勘察，以获取报价人自己负责的有关编制报价文件和签订合同的所需资料。自行考虑各种风险，谨慎报价。

八、付款方式

所有货物供货完成且经采购人验收合格后支付合同价款的 95%；剩余合同价款的 5%作为质保金，待质保期满 1 年后且无质量问题采购人一次性支付剩余款项。

每次付款前，成交人须开具相应金额的增值税发票。

九、询价文件的澄清

报价人在收到询价文件后，如有疑问需要澄清，请在收到询价文件 1 日内以书面形式向采购人提出，采购人将以书面形式予以答复。

报价有效期：自报价人提交报价文件截止之日起计算 90 日。

十、评审

1、评审方法：本次采用有效最低价确定成交人，有效报价人不得低于三家。

2、评审委员会从最低报价的报价文件开始评审，按有效报价从低到高的顺序选出符合询价文件规定的报价人作为成交候选人。评审委员会无须对所有报价文件进行评审。若最低报价出现两家（含）以上相同报价时，确定优惠力度

大的投标人为中标候选人，如优惠力度一致则采取抽签或评委会投票方式确定成交候选人。

3、报价文件有下列情况之一的将视为无效：

（1）报价截止期以后送达的报价文件；

（2）报价文件未响应询价文件；未按规定密封盖章；未按询价文件要求填写；未按要求盖章或签字的；未按询价文件要求提供相关材料的；

（3）报价文件内容不全的，字迹模糊不清的，影响评标的。

十一、授予合同

1、确定成交人后，采购人将在3日内向成交人发出“成交通知书”，成交通知书将成为合同的组成部分。

2、成交人与采购人将根据《中华人民共和国民法典》和依据询价文件及报价文件的承诺，双方签订合同。

3、成交人在合同签订过程中提出有损采购人权益的条款而造成合同无法签订时，采购人有权取消其成交人资格。

4、成交人确定后，合同签订主体为合肥运康骨科医院有限公司。成交人需按安全文明要求进行作业，若运输、服务过程中发生安全事故，成交人必须承担事故的一切责任和由此发生的费用。

附件：

投标文件格式

正本/副本

合肥运康骨科医院有限公司空气消毒机采购

报 价 文 件

投 标 人：_____（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

1. 投标函

致合肥产投康养集团有限公司：

1. 我方已仔细研究了合肥运康骨科医院有限公司空气消毒机采购（项目名称）询价文件的全部内容，经考察研究上述询价文件要求及其他询价资料后，愿意以_____元的投标报价，提供询价文件要求的货物和质保售后服务等，并按合同约定履行义务。

2. 我方承诺在报价有效期 90 日历天内不修改、撤销报价文件。

3. 根据贵方的询价文件或询价公告，正式授权_____（姓名）代表报价人 _____（报价人全称），**提交报价文件正本 1 份，副本 1 份。**

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）按询价文件规定提供货物，如我公司中标，我公司承诺根据询价文件的规定，严格履行合同的 responsibility 和义务，并保证于买方要求的日期内完成供货，并通过采购人验收。

（2）我方承诺报价低于同类货物的市场平均价格。

（3）我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件的答疑、澄清、变更或补充（如有）、参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次询价文件，并对询价文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我方同意从询价文件规定的开标日期起遵循本询价文件，并在询价文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

(5) 我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

(6) 我方同意询价文件规定的付款方式及服务期限。

(7) 与本次报价有关的通讯地址：

电 话：

投标人（加盖公章）

法定代表人（或授权委托人）签字或盖章：

日 期：

2. 开标一览表

项目名称：合肥运康骨科医院有限公司空气消毒机采购

投标报价	服务期限	优惠条件 (非价格)	备注
总价_____元	合同签订后接到采购人 通知后 15 日历天内完成 供货安装	免费质保期____ 年	

投标人： （加盖报价人单位公章）

法定代表人（或授权委托人）签字或盖章：

日期： 年 月 日

注：1、报价包括但不限于货物、安装、配送、调换、售后质保、税费等完成本项目所需的一切费用，在合同期间报价人不得另行收取费用。

2、特殊事项在备注中说明。

3. 分项报价表

序号	品名	单位	数量	参数	最高单价(元/台)	单价报价(元/台)	分项小计(元)
1	医用空气消毒机(移动式)	台	8	<p>一、基本性能要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 甲醛洁净空气量 (CADR): $\geq 1000\text{m}^3/\text{h}$ 2. 颗粒物洁净空气量 (CADR): $\geq 1000\text{m}^3/\text{h}$ 3. 净化能效: $\geq 8.0\text{m}^3/(\text{W} \cdot \text{h})$ 4. 适用面积: $\geq 120\text{m}^2$ 5. 额定风量: $\geq 1600\text{m}^3/\text{h}$ 6. 噪音指标: 睡眠模式 $\leq 35\text{dB (A)}$ 7. 控制方式: 电子式智能控制 8. 机身采用防腐蚀、易清洁材质, 符合医疗环境消毒规范, 便于日常清洁消毒, 避免滋生细菌。 <p>二、净化技术要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用化学分解 + 物理过滤复合净化技术, 可将甲醛分解为无害物质。 2. 具备可水洗可重复清洁使用, 方便后期维护。 3. 采用多层过滤分解系统, 实现吸附、分解、锁定一体化净化。 4. 支持低耗材 / 长寿命设计, 降低长期使用成本。 <p>三、智能与安全要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配备空气质量实时监测功能, 可显示甲醛、PM2.5 	3940		

				<p>数值。</p> <p>2. 支持 APP 远程控制与智能联动。</p> <p>3. 设备运行臭氧释放量未检出，无有害辐射。</p> <p>4. 产品安全及环保指标通过国家相关认证，有消毒产品安全评价报告和备案。</p> <p>5. 机身底部配备移动脚轮。</p> <p>四、质保与服务</p> <p>1. 整机质保：≥1 年</p> <p>2. 售后服务：质保期内提供免费维修、零配件更换</p> <p>3. 资料要求：提供产品说明书、合格证、保修卡、3C 认证证书</p>			
3	医用空气消毒机（壁挂）	台	4	<p>适用体积：60m³</p> <p>1. 壁挂式，外观尺寸：1000×230×320mm。</p> <p>2. 适用体积：≤60m³。</p> <p>3. 循环消毒风量：≥480m³/h。</p> <p>4. 细菌总量≤100cfu/m³</p> <p>5. 消毒时空气中臭氧浓度：≤0.16mg/m³。</p> <p>6. 对空气中自然菌的杀灭率≥90%</p> <p>7. 开机 20min 对空气中白葡萄球菌杀灭率≥99.9%</p> <p>8. 额定电压：AC 220V±22V，消毒功率：≤50W，额定频率：50Hz±1Hz。</p> <p>9. 机身采用防腐蚀、易清洁材质，符合医疗环境消毒规范，便于日常清洁消毒，避免滋生细菌。</p> <p>10. 有消毒产品安全评价报告和备案</p> <p>11. 整机质保：≥1 年</p>	2304		

				<p>12.售后服务: 质保期内提供免费维修、零配件更换</p> <p>13.资料要求: 提供产品说明书、合格证、保修卡</p>			
4	医用空气消毒机(壁挂)	台	8	<p>适用体积: 100m³</p> <p>1. 壁挂式外观尺寸: 1000 × 230 × 320mm</p> <p>2. 适用体积: ≤100m³</p> <p>3. 循环消毒风量: ≥800m³/h</p> <p>4. 细菌总量 ≤150cfu/m³</p> <p>5. 消毒时空气中臭氧浓度: ≤0.16mg/m³</p> <p>6. 对空气中自然菌的杀灭率 ≥90%</p> <p>7. 对空气中白葡萄球菌杀灭率 ≥99.9%</p> <p>8. 额定电压: AC 220V ± 22V, 消毒功率: ≤60W, 额定频率: 50Hz ± 1Hz</p> <p>9. 机身采用防腐蚀、易清洁材质, 符合医疗环境消毒规范, 便于日常清洁消毒, 避免滋生细菌。</p> <p>10. 有消毒产品安全评价报告和备案</p> <p>11. 整机质保: ≥1 年</p> <p>12.售后服务: 质保期内提供免费维修、零配件更换</p> <p>13.资料要求: 提供产品说明书、合格证、保修卡</p>	2500		
5	医用空气消毒机(壁挂)	台	10	<p>适用体积: 130m³</p> <p>1. 壁挂式外观尺寸: 1000 × 230 × 320mm</p> <p>2. 适用体积: ≤130m³</p> <p>3. 循环消毒风量: ≥1040m³/h</p> <p>4. 细菌总量 ≤150cfu/m³</p>	2680		

			<p>5. 消毒时空气中臭氧浓度: $\leq 0.16\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>6. 对空气中自然菌的杀灭率 $\geq 90\%$</p> <p>7. 对空气中白葡萄球菌杀灭率 $\geq 99.9\%$</p> <p>8. 额定电压: AC 220V $\pm 22\text{V}$, 消毒功率: $\leq 70\text{W}$, 额定频率: 50Hz $\pm 1\text{Hz}$</p> <p>9. 机身采用防腐蚀、易清洁材质, 符合医疗环境消毒规范, 便于日常清洁消毒, 避免滋生细菌。</p> <p>10. 有消毒产品安全评价报告和备案</p> <p>11. 整机质保: ≥ 1 年</p> <p>12. 售后服务: 质保期内提供免费维修、零配件更换</p> <p>13. 资料要求: 提供产品说明书、合格证、保修卡</p>			
合计 (元)						

4. 法定代表人证明书

法定代表人身份证明

投 标 人： _____

单位性质： _____

地 址： _____

成立时间： _____年_____月_____日

经营期限： _____

姓 名： _____性 别： _____

年 龄： _____职 务： _____

系 _____ (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)。

特此证明。

投标人： _____ (盖单位章)

_____年_____月_____日

附： 法定代表人/负责人身份证复印件 (正反面)

5. 授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人/负责人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改合肥运康骨科医院有限公司空气消毒机采购项目报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件（正反面）

投标人名称（盖公章）：

法定代表人签字或签章：

投标人代表（授权代表）签字或签章：

身份证号码：

联系电话：

年 月 日

注：

法定代表人（单位负责人）参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人（单位负责人）身份证明；非法定代表人（单位负责人）参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人（单位负责人）身份证明外还须提供授权委托书。

6. 营业执照

(提供有效的营业执照复印件并加盖公章)

7. 《消毒产品生产企业卫生许可证》

如投标人为生产厂商须提供《消毒产品生产企业卫生许可证》；如投标人为经销商/代理商须提供产品生产厂家的《消毒产品生产企业卫生许可证》

8. 承诺函

1. 本单位郑重承诺，近三年内本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

2. 本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

(1) 被人民法院列入失信被执行人；

(2) 单位、法定代表人/负责人或拟派项目经理(项目负责人)被人民检察院列入行贿犯罪档案；

(3) 被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

(4) 被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

(5) 被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

(6) 报价人被人社部门列入拖欠农民工工资黑名单。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位(加盖公章):

日期:

9. 合同模板

空气消毒设备采购合同

合同编号：

采购人甲方（买方）： _____

成交人乙方（卖方）： _____

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，为维护双方正当权益，本着诚信合作、相互平等、互惠互利的原则，经双方友好协商签订本合同：

1. 产品数量、价格

序号	产品名称	型号	单位	数量	含税单价 (元)	总金额 (元)	备注
合计 金额							

2. 交货及收款要求

2.1 甲方购买乙方销售的上述产品，合同金额总计：人民币_____元（大写：_____），价款包含材料费、运输费、安装调试费、税金等一切相关费用，甲方无需另行支付其他任何费用。

2.2 付款条件：所有货物供货完成且经采购人验收合格后支付合同价款的95%；剩余合同价款的5%作为质保金，待质保期满1年后且无质量问题采购人一次性支付剩余款项。甲方付款前，乙方应向甲方提供合法有效、符合甲方要求的增值税发票，如乙方未提供发票或提供的发票不符合甲方要求，甲方有权拒付款项且不承担任何法律责任。

2.3 接到采购人供货通知后15日内供货，甲方不承担任何因素引发的成本上涨及价格上调风险。逾期未供货的，按双方约定承担违约责任。

2.4 交货地点： _____ 甲方指定地点

2.5 交货方式： 物流（送货上门，含上楼、安装）

2.6 合作期限： 经甲乙双方确认，本协议有效期为产品安装后， 实施单位门诊验收合格产品能正常使用且质保期结束时为止。

3. 质量保证及售后服务

3.1 乙方销售给甲方的设备，应符合该类产品中国相关法律法规的要求。在保修期内，甲方如对设备质量有异议，必要时可通过甲乙双方都认可的第三方进行鉴定。

3.2 乙方提供保修期 1 年，保修期内凡属设备本身质量问题引起的故障由乙方负责免费维修。质保期自设备验收合格之日起计算。

4. 付款

4.1 付款方式： 银行转账

4.2 收款信息

名称： _____

纳税人识别号： _____

地址： _____

开户行名称： _____

开户行账号： _____

5. 保密及市场保护条款

5.1 甲方应尊重乙方产品的知识产权，并予以积极、有效地保护。

5.2 本产品不允许销售到指定用户或区域以外地区。

6. 设备运输、安装、验收、培训

6.1 乙方确保设备提货前包装完整无损，并承担货物的运输费用。

6.2 设备到达甲方指定现场后，如发生最终用户要求，需更改货物安置地点，甲方在征得乙方同意后，乙方须协助搬运。

6.3 甲乙双方共同负责协调最终用户安装场地与设备运行环境准备，包括但不限于设备放置场地、设备搬运通道、设备与使用方原有设备或软件的接口连接等需要的相关准备工作。

6.4 设备运达安装地点后，以甲乙双方认同的方式对设备进行开箱清点检查

验收。如果发现数量不足或有使用、技术问题，甲方应在 15 日内向乙方书面申报，如果 15 日内最终用户没有提出任何问题，视为产品验收合格。

6.5 设备到达指定地点后，乙方可根据甲方需求免费提供安装与使用、技术培训等支持。

6.6 成交人对安装质量与现场安全负全责，使用单位对场地、用电、验收与后续管理负责，并通过明确电气、结构、辐射、臭氧等安全边界，避免事故追责。

6.7 作业人员的资质、人员证件应真实有效，特种作业应持证上岗。电工证、高空作业证（如需）；具备电气安装 / 机电安装资质；紫外线 / 等离子机型需熟悉辐射防护。

6.8 成交人承担安装过程及因安装质量导致的一切安全事故责任与赔偿

7. 违约责任

7.1 除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。

7.2 乙方违反本合同规定擅自发货或者提前到货的，甲方有权拒验货物，乙方对此承担一切责任。

7.3 甲方未按合同规定期限支付货款的，应就拖欠金额按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息。

7.4 因货物的包装、品种、型号、规格、数量等问题致使未通过交货验收的，视为没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同关于逾期交货的有关规定执行。

7.5 因为产品质量或安装问题致使没有通过验收的，乙方应立即无偿换货并在 15 日内向甲方交送本合同规定的合格产品；乙方逾期 15 日未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的，甲方有权解除合同并拒绝支付货款。

8. 不可抗力事件处理

8.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

8.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

8.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

9. 争议解决

9.1 凡因本合同引起的任何争议，由双方友好协商解决。

9.2 如果双方不能协商解决的，则任何一方均有权向甲方所在地人民法院进行诉讼。

10. 合同生效及其它

10.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并盖章后生效。

10.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，双方签订书面补充协议，可作为主合同不可分割的一部分。

10.3 本合同条款与本次项目询价函、采购需求、技术要求等文件内容如有不一致、冲突或歧义之处，一律以对甲方有利的约定及解释为准。

10.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

10.5 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方叁份，乙方壹份。

(以下无正文)

甲方（签章）：

乙方（签章）：

法定代表人

法定代表人：

或授权委托代理人签字：

或授权委托代理人签字：

日期：

日期：